VitriFit™

CE 0543

REF XXXX2001A: 20 units (20 pouches x 1 unit)*

REF XXXX5005A: 50 units (10 pouches x 5 units)**

XXXX	Color
4278	Clear
4279	Blue
4280	Green
4281	Yellow
4282	Lime Green
4284	Purple
4285	Orange
4286	Pink

bg cs da de el en es et fr hu is it iv mk nl no pt ro ru sk sl sv tr uk

Customer Service:
E-mail:
sales@coopersurgical.com

ORIGIO a/s
Knardrupvej 2, 2760 Måløv, Denmark
www.fertility.coopersurgical.com
Tel: +45 46 79 02 00

origio
a CooperSurgical Company

bg - български (Bulgarian)

За сведение на витрификации човешки яйцеклетки, ембриони в стадий дробене и бластоцисти.

Този продукт е за лечение чрез ЕХТ (спомагателни репродуктивни технологии), независимо дали причината за безплодието е в жена, или в жената. Този продукт трябва да се използва само от професионалисти, обучени в лечението чрез ЕХТ

VitriFit се предлага в *различни* цветове и в два размера пакети:

XXXX2001A: 20 броя (20 пликча x 1 брой)*

XXXX5005A: 50 броя (10 пликча x 5 броя)**

Тестове за контрол на качеството

Тестовани чрез изследване с миши ембриони (MEA)

Тествани чрез ендотоксин

Забележка: Резултатите за всяка партида са посочени на сертификата от анализа, който можете да намерите на www.origio.com.

Инструкции за съхранение и стабилност

Съхранявайте в оригиналния контейнер при температура 20 – 25°C.

При съхранение според указанията на производителя продуктът е стабилен до срока на годност, указан на етикета.

Предпазни мерки и предупреждения

Не използвайте продукта, ако:

1. Опаковката на продукта изглежда увредена или запечатването е нарушено.
2. Срокът на годност е изтекъл.
3. След като пакетът бъде отворен, VitriFit™ трябва да се използва или изхвърли.

Внимание: Този продукт е за еднократна употреба и не трябва да се използва повторно поради опасност от заразяване.

Забележка: VitriFit™ е отворена система, която означава, че яйцеклетките и ембрионите са в пряк контакт с течен азот (LN2).

ORIGIO препоръчва да използвате конкретен номер, подходящ за LN2 и който може да бъде стерилизиран. Препоръчва се да сменяте LN2 между всеки пациентите, за да избегнете опасност от заразяване, и да използвате LN2, който отговаря на спецификациите на съответната фармакопея.

Забележка: Преди да зареди проби, проверете отстрани на направлява VitriFit™.

Забележка: За да избегнете нараняване от LN2, носете предпазни ръкавици и очила.

Забележка: Обърнете внимание на нуждата от проследяване на този продукт. Освен това в страната ви може да има и национални законови изисквания в тази сфера.

Забележка: Трябва да се използва в комбинация само с други уреди, предназначени за тази определена цел.

Забележка: Изхвърлете устройството в съответствие с местните наредби за изхвърляне на медицински уреди.

Забележка: На VitriFit™ има плоска повърхност за записване на информацията на пациента.

Забележка: Пробата трябва да се постави върху вдлъбнатата повърхност (фигура 1). Плоското покаже, че вдлъбната част е нагоре.

Инструкции за употреба

Охлаждане

1. Подгответе подходящ контейнер с LN2 и предпочитан съд за поставяне на VitriFit™ по време на криоетапа.
2. Подгответе пробите за криоконсервация преди препоръчите на предпочитания комплект с носители.

Забележка: VitriFit™ е отворена система, което означава, че яйцеклетките и ембрионите са в пряк контакт с течен азот (LN2).

ORIGIO препоръчва да използвате конкретен номер, подходящ за LN2 и който може да бъде стерилизиран. Препоръчва се да сменяте LN2 между всеки пациентите, за да избегнете опасност от заразяване, и да използвате LN2, който отговаря на спецификациите на съответната фармакопея.

Забележка: Преди да зареди проби, проверете отстрани на направлява VitriFit™.

Забележка: За да избегнете нараняване от LN2, носете предпазни ръкавици и очила.

Забележка: Обърнете внимание на нуждата от проследяване на този продукт. Освен това в страната ви може да има и национални законови изисквания в тази сфера.

Забележка: Трябва да се използва в комбинация само с други уреди, предназначени за тази определена цел.

Забележка: Изхвърлете устройството в съответствие с местните наредби за изхвърляне на медицински уреди.

Забележка: На VitriFit™ има плоска повърхност за записване на информацията на пациента.

Забележка: Пробата трябва да се постави върху вдлъбнатата повърхност (фигура 1). Плоското покаже, че вдлъбната част е нагоре.

Предпазни мерки и предупреждения

Не използвайте продукта, ако:

1. Опаковката на продукта изглежда увредена или запечатването е нарушено.
2. Срокът на годност е изтекъл.
3. След като пакетът бъде отворен, VitriFit™ трябва да се използва или изхвърли.

Внимание: Този продукт е за еднократна употреба и не трябва да се използва повторно поради опасност от заразяване.

3. Свалете капачката. С помощта на фронцепс прихванете капачката за частта за хващане (твърдата част на върха на апликатора) и я потопете в LN2 (фигура 2).
4. С помощта на микропипета внимателно зарежете пет проби в предварително охладен (< 1 µl) върху вдлъбнатата повърхност в близост до ръба на капачката (фигура 3). Използвайте черната маркировка като ориентир при зареждането.
5. Ако е необходимо, отстранете излишния LN2 посредством, за да постигнете препоръчания обем точно преди потапяне в LN2 според инструкциите за предпочитания комплект с носител.
6. Бързо потопете VitriFit™ направчика в LN2 и изчакайте температурата да се стабилизира (фигура 4).
7. Докато го държите потопен в LN2, внимателно вкарайте направчика в капачката и завъртете внимателно, за да осигурите пълно запечатване (фигура 5).
8. Уверете се, че VitriFit™ остава потопен в LN2 по време на превъзнасянето в контейнера за съхранение.

Затопляне

1. Подгответе носителя за зареждане според препоръките за предпочитания комплект с носител.
2. Извадете VitriFit™ от криоетапа и държете в транспортен съд, докато частта на направчика е изцяло потопена в LN2.
3. С помощта на фронцепс прихванете частта за хващане, завъртете и разделете държака и капачката VitriFit™, като държите само държака на направчика напълно потопена (фигура 6).
4. Бързо, в рамките на 2 секунди, потопете VitriFit™ направчика в затопляща разтвор, като витрифицирана проба/проби трябва да сочи нагоре (фигура 7).
5. Под наблюдение с микроскоп внимателно местете VitriFit™, докато пробата/пробите се освободят от направчика.
6. Извършете процедурата за затопляне според препоръките на предпочитания комплект с носител.

Обяснение на символите	
REF	Каталожен номер
LOT	Партиден код
	Срок на годност (година, месец, ден)
	Да не се използва повторно
20°C / 25°C	Температурна граница
STERILE R	Стерилизирано чрез облъчване
	Внимание
	Вижте инструкциите за употреба
	Не използвайте, ако опаковката е повредена
	Указва производителя на медицинското изделие
CE 0543	Маркировката „CE" указва съответствие с Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия. 0543 е идентификационният номер на нотифицирания орган

cs - čeština (Czech)

Pro skladování vitrifikovaných lidských oocytů, embryí ve stádiu dělení a blastocyst.

Tento výrobek je určen pro léčbu ART, at už je příčinou neplodnosti muž, nebo žena. Výrobek smí používat pouze odborný personál vyškolený v léčbě ART.

Prostředek VitriFit je k dostání *v různých barvách a ve dvou velikostech balení:*

XXXX2001A: 20 jednotek (20 sáčků x 1 jednotka)*

XXXX5005A: 50 jednotek (10 sáčků x 5 jednotek)**

Testování v rámci kontroly kvality

Test na myších embryích (MEA)

Test endotoxinů

Poznámka: Výsledky každé šarže jsou uvedeny v certifikátu o analýze, který je k dispozici na stránce www.origio.com.

Pokyny pro skladování a stabilita

Skladujte v originální nádobě při teplotě 20–25 °C.

Pokud jsou dodrženy pokyny výrobce pro skladování, je výrobek stabilní až do data exspirace uvedeného na štítku.

Preventivní bezpečnostní opatření a varování

Nepoužívejte produkt, pokud:

1. Obal výrobku jeví známky poškození, nebo jestliže je porušena pečeť.
2. Bylo překročeno datum exspirace.
3. Jakmile je obal otevřený, prostředek VitriFit™ se musí použít nebo zlikvidovat.

Upozornění: Výrobek je určen pro jednorázové použití a nesmí se použít znovu z důvodu rizika kontaminace.

Poznámka: VitriFit™ je otevřený systém, což znamená, že oocyty a embrya jsou v přímém kontaktu s tekutým dusíkem (LN2).

Společnost ORIGIO doporučuje, abyste použili nádobu, která je vhodná pro tekutý dusík (LN2) a kterou lze sterilizovat. Doporučuje se také měnit LN2 mezi jednotlivými pacienty, aby se předešlo riziku kontaminace a aby se používal LN2, který splňuje specifikace uvedené v lékopisu.

Poznámka: Před vkládáním vzorků ověřte neporušenost šipky prostředku VitriFit™.

Poznámka: Aby se zabránilo poraněním kukel a ochraně bříšek, použijte ochranné rukavice a ochranné brýle.

Poznámka: Nezapomínejte prosím na nutnost vysledovatelnosti tohoto produktu. Mimoto mohou ve vaší zemi v této oblasti existovat vnitrostátní právní požadavky.

Poznámka: Prostředek doporučujeme používat v kombinaci s dalšími prostředky určenými pro daný konkrétní účel.

Poznámka: Prostředek likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci zdravotnických prostředků.

Poznámka: Na prostředku VitriFit™ je k dispozici rovná plocha pro zaznamenání informací o pacientovi.

Poznámka: Vzorek se musí vložit na konkávní plochu (obrázek 1). Rovná plocha označuje, že je konkávní strana nahoře.

Návod k použití

Chlazení

1. Připravte vhodnou nádobu s tekutým dusíkem (LN2) a preferovanou nádobu, ve které bude prostředek VitriFit™ během kryoetapu uložen.
2. Připravte vzorky pro vitrifikaci podle doporučení uvedených u soupravy preferovaného média.
3. Sejměte krytku. S použitím peánu sevřete krytku v úchopové oblasti (znázorněno šipkami) a odšroubujte ji do LN2 (obrázek 2).
4. Pomocí mikropipety opatrně vložte maximálně 5 vzorků v minimálním objemu (< 1 µl) na vnitřní plochu blízko konce špičky (obrázek 3). Pro orientaci při vkládání využijte černou značku.
5. V případě potřeby odstraňte přebytečné médium, aby se dosáhlo doporučeného objemu specifického pro dané prostředí podle doporučení do LN2 v souladu s doporučeními uvedenými u soupravy preferovaného média.
6. Rychle ponořte špičku prostředku VitriFit™ do LN2 a umožněte stabilizaci teploty (obrázek 4).
7. Zatímco je špička stále ponořená v LN2, opatrně do krytky a jemně pootočte špičku, aby se zajistilo pevné uložení (obrázek 5).
8. Zajistěte, aby prostředek VitriFit™ zůstal během přenosu do skladovacího kontejneru ponořený v LN2.

Ohřívání

1. Připravte ohřívací médium podle doporučení uvedených u soupravy preferovaného média.
2. Prostředek VitriFit™ vyjměte z kryoskladování a uchovávejte v plenexové nádobě, přičemž oblast špičky udržujte zcela ponořenou pod hladinou LN2.
3. Klemmid utan um gegnheila svæðið framst á hettunni við töng, snúið og togið handfang og hettu. VitriFit™ sundur um leið og þess er gætt að endinn sé á kafi í fljótandi köfnunarefni (mynd 6).
4. Dýfið enda VitriFit™ innan tveggja sekúndna eftir í upphitunarvökvann þannig að frystá sýnið/frystu sýnin snúi upp (mynd 7).
5. Hreyfið VitriFit™ upp og niður í undir smásjá þar til sýnið/sýnin losna frá endanum.
6. Framkvæmið upphitun eins og ráðlagt er samkvæmt raktúrnarvökvanum sem notaður er.

Skýring á táknum	
REF	Listanúmer
LOT	Lotukóði
	Síðasti notkunardagur (ár, mánuður, dagur)
	Endurnotið ekki
20°C / 25°C	Hitamörk
STERILE R	Dauðhreinsað með geislun
	Varúð
	Kynnið vykur leiðbeiningar fyrir notkun
	Notið ekki ef umbúðir eru skemmdar
	Sýnir framleiðanda læknigagnaleiks
CE 0543	CE-merki gefur til kynna samræmi við tilskipun Evrópuráðsins (93/42/ EBE) um lækningatæki. 0543 er númer tilkynntrar stofu

da - dansk (Danish)

Til opbevaring af humane oocytter, embryoner i delingsfasen og blastocyster.

Dette produkt er til ART-behandling, uanset om årsagen til ufrugtbarhed er mandlig eller kvindelig. Produktet må kun anvendes af professionelle oplært i ART-behandling

VitriFit kan fås i *flere farver og i to pakkestørrelser:*

XXXX2001A: 20 enheder (20 poser x 1 enhed)*

XXXX5005A: 50 enheder (10 poser x 5 enheder)**

Kvalitetskontrolleret

Musе embryo-analyse (MEA) testet

Endotoksin testet

Bemærk: Resultaterne af hver batch angives på et analysecertifikat, som kan findes på www.origio.com.

Opbevaringsvejledninger og stabilitet

Opbevares i den originale beholder ved 20-25 °C.

Når det opbevares i henhold til fabrikantens anvisninger, er produktet stabilt indtil udløbsdatoen vist på etiketten.

Forholdsregler og advarsler

Brug ikke produktet, hvis:

1. Produktets emballage er ødelagt eller forseglingen er brudt.
2. Udløbsdatoen er blevet overskredet.
3. Når pakken er åben, skal VitriFit™ bruges eller kasseres.

Forsigtig: Produktet er beregnet til engangsbrug og må ikke genbruges pga. risiko for kontaminering.

Bemærk: VitriFit™ er et åbent system, som betyder at oocytter og embryoner er i direkte kontakt med flydende nitrogen (LN2).

ORIGIO anbefaler, at du bruger en passende beholder til LN2 og som kan steriliseres. Det anbefales også, at du anvender LN2 mellem patienter for at undgå risiko for kontaminering og bruge LN2, som overholder specifikationerne i den relevante farmakopé.

Bemærk: Kontroller integritet af VitriFit™ spids, før der isættes prøver.

Bemærk: For at undgå skader med LN2, skal der bæres beskyttelsehandsker og sikkerhedsbriller.

Bemærk: Bemærk venligst behovet for sporbarhed af dette produkt. Ydertligere kan der findes nationale lovkrav i dit land på dette område.

Bemærk: Må kun anvendes sammen med andre enheder beregnet til det specifikke formål.

Bemærk: Bortskaf enheden i overensstemmelse med lokal lovgivning for bortskaffelse af medicinske enheder.

Bemærk: Flad overflade på VitriFit™ til registrering af patientoplysninger.

Bemærk: Brug en skal sættes i den hule overflade (Figur 1). Flad angiver hul side op.

Brugsanvisninger

Nedkøling

1. Forbered en passende beholder med LN2 og det foretrukne kar til at opbevare VitriFit™ under kryoopbevaring.
2. Klargør prøverne til forglasning i henhold til anbefalingerne i det foretrukne medielot.
3. Fjern låget. Ved hjælp af klemmer, klemmes hætten i gribeområdet (det faste område på spidsen af hætten) og sænk den ned i LN2 (Figur 2).
4. Med en mikropipette, isættes maks. 3 prøver frosset i en minimal mængde (< 1 µl) på den hule overflade nær ved enden af det skarpe (Figur 3). Brug det sorte mærke som reference for isætning.
5. Hvis nødvendigt fjernes overskydende medie for at nå den anbefalede mængde lige før der nedsænkes i LN2 i henhold til anbefalingerne i det foretrukne medielot.
6. Sænk hurtigt VitriFit™ spidsen ned i LN2 og lad temperaturen stabiliseres (Figur 4).
7. Mens den holdes nedsænket i LN2, skal spidsen forsigtigt føres ind i hætten og drejes blidt for at sikre at den lukker helt (Figur 5).
8. Kontroller, at VitriFit™ forbliver nedsænket i LN2 under overførsel til det kryobeholdningsbeholder.

Opvarmning

1. Klargør opvarmningsmediet i henhold til anbefalingerne i det foretrukne medielot.
2. Indsaml VitriFit™ fra kryoopbevaring og opbevar i en transportbeholder, mens spidsområdet holdes helt nedsænket i LN2.
3. Ved brug af klemmer, klemmes hætten i gribeområdet, drej og træk VitriFit™ håndtaget og hætten fra hinanden mens spidsområdet holdes helt nedsænket (Figur 6).
4. Entro 2 secondi, immergere rapidamente la punta di VitriFit™ con i campioni VitriFit™ nella soluzione riscaldante (Figura 7).
5. Tramite osservazione al microscopio, spostare delicatamente VitriFit™ fino al rilascio dei campioni dalla punta.
6. Eseguire la procedura di riscaldamento in base alle raccomandazioni del kit di supporto preferito.

Spiegazione dei simboli	
REF	Numero di catalogo
LOT	Codice lotto
	Data di scadenza (anno, mese, giorno)
	Non riutilizzare
20°C / 25°C	Limite di temperatura
STERILE R	Sterilizzato con irradiazione
	Attenzione
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata
	Indica il produttore del dispositivo medico
CE 0543	Il marchio CE attesta la conformità alla Direttiva del Consiglio Europeo (93/42/CEE) concernente i dispositivi medici. 0543 è il numero di certificazione dell'organismo notificato

de - deutsch (German)

Für die Lagerung von vitrifizierten menschlichen Oozyten, Embryonen im Teilungsstadium und Blastozysten.

Dieses Produkt dient der künstlichen Befruchtung, unabhängig davon, ob es sich um eine männliche oder weibliche Unfruchtbarkeit handelt. Das Produkt sollte ausschließlich zum Zwecke einer künstlichen Befruchtung und durch ausgebildetes Fachpersonal verwendet werden

VitriFit ist in *mehreren Farben* und in zwei Packungsgrößen erhältlich:

XXXX2001A: 20 Einheiten (20 Beutel à 1 Einheit)*

XXXX5005A: 50 Einheiten (10 Beutel à 5 Einheiten)**

Qualitätsprüfungen

Geprüft anhand Maus-Embryo-Assay (MEA)

Geprüft auf Endotoxine

Hinweis: Die Ergebnisse jeder Charge sind auf einem Analysezertifikat angegeben, das unter www.origio.com verfügbar ist.

Lageranweisungen und Stabilität

In Originalbehälter bei 20–25 °C kühlen.

Bei einer Lagerung entsprechend den Angaben des Herstellers ist das Produkt stabil bis zum auf dem Etikett angegebenen Ablaufdatum.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Das Produkt darf nicht verwendet werden wenn:

1. Die Produktverpackung beschädigt aussieht oder die Versiegelung aufgebrochen ist.
2. Das Ablaufdatum überschritten ist.
3. Sobald die Verpackung geöffnet ist, muss der VitriFit™ entweder verwendet oder entsorgt werden.

Achtung: Das Produkt ist für den Einmalgebrauch vorgesehen und darf aufgrund eines Kontaminationsrisikos nicht erneut verwendet werden.

Hinweis: Der VitriFit™ ist ein offenes System. Das bedeutet, dass die Oozyten und Embryonen sich in direktem Kontakt mit flüssigem Stickstoff (LN2) befinden.

ORIGIO empfiehlt die Verwendung eines für LN2 geeigneten Behälters, der zudem sterilisiert werden kann. Es wird außerdem empfohlen, das LN2 zwischen Patienten auszutauschen, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden und LN2 zu verwenden, das den Spezifikationen des Europäischen Arzneibuches entspricht.

Hinweis: Überprüfen Sie vor der Aufnahme der Exemplare die Integrität der VitriFit™-Spitze.

1. Hanter inden for 2 sekunder, nedsænkes VitriFit™ spidsen med den(de) forglassede prøve(r) opad i opvarmningsopløsningen (Figur 7).
5. Under observation under mikroskop flyttes VitriFit™ forsigtigt indtil prøve(r) frigives fra spidsen.
6. Udfør opvarmningsprocessen i henhold til anbefalingerne i det foretrukne medielot.

Symbolforklaring	
REF	Katalognummer
LOT	Batchkode
	Holdbarhedsdato (år, måned, dag)
	Må ikke genanvendes
20°C / 25°C	Temperaturgrænse
STERILE R	Steriliseret under stråling
	Forsigtig
	Se brugervejledningen
	Må ikke benyttes, hvis emballagen er beskadiget
	Angiver fabrikanten af løgeudstyret
CE 0543	CE-mærke angiver overensstemmelsen med Det Europæiske Råds direktiv (93/42/EØF) for lægeudstyr. 0543 er certificeringsnummeret i det bemyndigede organ

el - ελληνικά (Greek)

Για την αποθήκευση ωοκυττάρων ανθρώπου, εμβρύων στο στάδιο της διαίρεσης (συλλύκωσης) και βλαστοκυστών.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για θεραπεία με τεχνολογία υποβοηθούμενης συανταρυγνυλής (ART), είτε η αιτία της υπογονιμότητας προέρχεται από τον άνδρα είτε από τη γυναίκα. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες εκπαιδευμένους στη θεραπεία ART

Το VitriFit διατίθεται *σε πολλά χρώματα και σε δύο μεγέθη συσκευασίας:*

XXXX2001A: 20 μονάδες (20 σακουλάκια x 1 μονάδα)*

XXXX5005A: 50 μονάδες (10 σακουλάκια x 5 μονάδες)**

Δοκιμές ελέγχου ποιότητας

Ελέγχουν με δοκιμασία εμβρύων ποντικού (MEA)

Ελέγχουν για ενδοτοξίνες

Σημείωση: Τα αποτελέσματα κάθε παρτίδας αναφέρονται σε ένα Πιστοποιητικό ανάλυσης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.origio.com

Οδηγίες και σταθερότητα αποθήκευσης

Αποθηκεύετε στον αρχικό περιέκτη σε θερμοκρασία 20-25 °C.

Όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, το προϊόν είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν:

1. Η συσκευασία του προϊόντος φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχουν σπάσει οι σφραγίδες είναι κατεστραμμένες.
2. Έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.
3. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, το VitriFit™ πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να απορριφθεί.

Προσοχή: Το προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται λόγω το κινδύνου μόλυνσης.

2. Entrehmen Sie den VitriFit™ einer Einheit der Cryosicherung und verwahren Sie ihn im Transportgefäß. Die Spitze muss immer vollständig in LN2 eingetaucht bleiben.
3. Greifen Sie mit einer Zange die Kappe im Griffbereich, drehen und ziehen Sie den Griff des VitriFit™ und den Deckel auseinander, während die Spitze weiterhin vollständig eingetaucht bleibt (Abbildung 4).
4. Tauchen Sie die Spitze des VitriFit™ mit den vitrifizierten Exemplaren zügig, innerhalb von 2 Sekunden, mit der Spitze nach oben in die Erwärmungslösung (Abbildung 7).
5. Bewegen Sie unter mikroskopischer Beobachtung vorsichtig den VitriFit™ bis das/die Exemplar/e sich von der Spitze gelöst haben.
6. Führen Sie das Erwärmen entsprechend der Empfehlungen des Kits des gewünschten Mediums durch.

Erklärung der Symbole	
REF	Katalognummer
LOT	Chargenbezeichnung
	Haltbarkeitsdatum (Jahr, Monat, Tag)
	Nicht wiederverwenden
20°C / 25°C	Temperaturgrenze
STERILE R	Sterilisation durch Bestrahlung
	Vorsicht
	Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Angabe des Medizinprodukteherstellers
CE 0543	Das CE-Zeichen kennzeichnet die Konformität mit der Richtlinie (93/42/EWG) des Europäischen Rats über Medizinprodukte. 0543 ist die Zertifizierungsnummer der benannten Stelle

el - ελληνικά (Greek)

Για την αποθήκευση ωοκυττάρων ανθρώπου, εμβρύων στο στάδιο της διαίρεσης (συλλύκωσης) και βλαστοκυστών.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για θεραπεία με τεχνολογία υποβοηθούμενης συανταρυγνυλής (ART), είτε η αιτία της υπογονιμότητας προέρχεται από τον άνδρα είτε από τη γυναίκα. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες εκπαιδευμένους στη θεραπεία ART

Το VitriFit διατίθεται *σε πολλά χρώματα και σε δύο μεγέθη συσκευασίας:*

XXXX2001A: 20 μονάδες (20 σακουλάκια x 1 μονάδα)*

XXXX5005A: 50 μονάδες (10 σακουλάκια x 5 μονάδες)**

Δοκιμές ελέγχου ποιότητας

Ελέγχουν με δοκιμασία εμβρύων ποντικού (MEA)

Ελέγχουν για ενδοτοξίνες

Σημείωση: Τα αποτελέσματα κάθε παρτίδας αναφέρονται σε ένα Πιστοποιητικό ανάλυσης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.origio.com

Οδηγίες και σταθερότητα αποθήκευσης

Αποθηκεύετε στον αρχικό περιέκτη σε θερμοκρασία 20-25 °C.

Όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, το προϊόν είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν:

1. Η συσκευασία του προϊόντος φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχουν σπάσει οι σφραγίδες είναι κατεστραμμένες.
2. Έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.
3. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, το VitriFit™ πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να απορριφθεί.

Προσοχή: Το προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται λόγω το κινδύνου μόλυνσης.

Σημείωση: Το VitriFit™ είναι ένα ανοικτό σύστημα, το οποίο σημαίνει ότι τα ωάρια και τα έμβρυα βρίσκονται σε άμεση επαφή με το υγρό άζωτο (LN2).

Η ORIGIO συνιστά να χρησιμοποιείτε περέκτη που είναι κατάλληλος για το LN2 και το οποίος μπορεί να αποστειρωθεί. Συνιστάται επίσης να αλλάζετε το LN2 μεταξύ ασθενών για να αποφύγετε τον κίνδυνο μόλυνσης της φαρμακοπείας.

Σημείωση: Πριν τη φόρτωση των δειγμάτων, επαληθεύστε την ακεραιότητα του ρύγχους του VitriFit™.

Σημείωση: Για να αποφύγετε τραυματισμούς με LN2, φορέστε προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.

Σημείωση: Παρακαλούμε προσέξτε την ανάγκη για ιχνηλασιμότητα αυτού του προϊόντος. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν εθνικές νομικές απαιτήσεις στη χώρα σας σε αυτόν τον τομέα.

Σημείωση: Να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλες συσκευές που προορίζονται για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Σημείωση: Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σημείωση: Για την καταγραφή των πληροφοριών ασθενούς, παρέχεται μια επίπεδη επιφάνεια στο VitriFit™.

Σημείωση: Το δείγμα πρέπει να φορτώνεται στην κοίλη επιφάνεια (Εικόνα 1). Η επίπεδη επιφάνεια υποδεικνύει ότι η κοίλη πλευρά κοιτάζει προς τα πάνω.

Οδηγίες χρήσης

Ψύξη

1. Προετοιμάστε έναν κατάλληλο περιέκτη με LN2 και το προτιμώμενο δοχείο στο οποίο θα τοποθετηθεί το VitriFit™ κατά τη διάρκεια της κρυοσυντήρησης.
2. Προετοιμάστε τα δείγματα για υαλοποίηση σύμφωνα με τις συστάσεις του κιτ του προτιμώμενου μέσου.
3. Αφαιρέστε το πώμα. Χρησιμοποιώντας λαβίδα, πιάστε το πώμα στην περιοχή συγκράτησης (η συμπαγής περιοχή στο άκρο του πώματος) και αμβλύνετε το από LN2 (Εικόνα 2).
4. Χρησιμοποιώντας μικροπιπέτα, φορτώστε προσεκτικά το πολύ 3 δείγματα σε ελάχιστο βρώκοντας σε μικρή ποσότητα υγρού (< 1 µl) στην κοίλη επιφάνεια κοντά στο άκρο του ρύγχους (Εικόνα 3). Χρησιμοποιήστε τη μαύρη σήμανση ως γνώμονα για τον προσανατολισμό.
5. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το περίσσιο μέσο για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ποσότητα για το εκάστοτε μέσο σύμφωνα με τις οδηγίες του κιτ του προτιμώμενου μέσου.
6. Εμβυθίστε γρήγορα το ρύγχος του VitriFit™ μέσα στο LN2 και περιμένετε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία (Εικόνα 4).
7. Ενώ διατηρείτε εμβυθισμένο στο LN2, ισσαγάγετε το ρύγχος προσεκτικά μέσα στο πώμα και περιστρέψτε απαλά για να διασφαλίσετε ερμητική σφράγιση (Εικόνα 5).
8. Διασφαλίστε ότι το VitriFit™ παραμένει εμβυθισμένο στο LN2 κατά τη διάρκεια της μεταφοράς στον περέκτη αποθήκευσης.

Θέρμανση

1. Προετοιμάστε το μέσο θέρμανσης σύμφωνα με τις συστάσεις του κιτ του προτιμώμενου μέσου.
2. Συλλέξτε το VitriFit™ από την κρυοσυντήρηση και μεταφέρετε το μέσα στο φορητό δοχείο ενώ διατηρείτε την περιοχή του ρύγχους πλήρως εμβυθισμένη μέσα στο LN2.
3. Χρησιμοποιώντας λαβίδα, πιάστε το πώμα στην περιοχή συγκράτησης, περιστρέψτε και αφαιρέστε το από τον VitriFit™ από το πώμα, ενώ διατηρείτε την περιοχή του ρύγχους πλήρως εμβυθισμένη (Εικόνα 6).
4. Γρήγορα, εντός 2 δευτερολέπτων, εμβυθίστε το ρύγχος του VitriFit™ με τον/τα υαλοποιημένο(α) δείγμα(τα) και τον κοπάδι προς τα πάνω μέσα στο διάλυμα θέρμανσης (Εικόνα 7).
5. Υπό μικροσκοπική παρατήρηση, κουνήστε απαλά το VitriFit™ μέχρι το(α) δείγμα(τα) να απελευθερωθεί(ούν) από το ρύγχος.
6. Εκτελέστε τη διαδικασία θέρμανσης σύμφωνα με τις συστάσεις του κιτ του προτιμώμενου μέσου.

Επεξήγηση των συμβόλων	
REF	Αριθμός καταλόγου
LOT	Κωδικός παρτίδας
	Ημερομηνία λήξης (έτος, μήνας, ημέρα)
	Να μην επαναχρησιμοποιείται
20°C / 25°C	Όριο θερμοκρασίας
STERILE R	Στείρο αποτελεί με χρήση ακτινοβολίας
	Προσοχή
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Να μη χρησιμοποιείται εάν υπάρχει φθορά στη συσκευασία
CE 0543	Η σήμανση CE υποδεικνύει τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία (93/42/ΕΟΚ) για τις ιατρικές συσκευές. Το 0543 είναι ο αριθμός πιστοποίησης του κοινοποιημένου οργανισμού

en-english (English)

For storage of vitrified human oocytes, cleavage stage embryos and blastocysts.

This product is for ART treatment, whether the cause of infertility is male or female. The product should only be used by professionals trained in ART treatment

VitriFit is available in *multiple colors and in two pack sizes:*

XXXX2001A: 20 units (20 pouches x 1 unit)*

XXXX5005A: 50 units (10 pouches x 5 units)**

Quality control testing

Mouse Embryo Assay (MEA) tested

Endotoxin tested

Note: The results of each batch are stated on a Certificate of Analysis, which is available on www.origio.com.

Storage instructions and stability

Store in original container at 20-25°C. When stored as directed by the manufacturer, the product is stable until the expiry date shown on the label.

Precautions and warnings

Do not use the product if:

1. Product packaging appears damaged or if the seal is broken.
2. Expiry date has been exceeded.
3. Once the package is open, the VitriFit™ must be used or discarded

Caution: The product is for single use and not to be reused due to risk of contamination.

Note: The VitriFit™ is an open system which means that the oocytes and embryos are in direct contact with liquid nitrogen (LN2).

ORIGIO recommends that you use a container that is suitable for the LN2, and which can be sterilized. It is also recommended to change LN2 between patients to avoid the risk of contamination and to use LN2 which complies with pharmacopoeia specifications.

Note: Before loading specimens, verify integrity of VitriFit™ tip.

Note: To avoid injuries with LN2, wear protective gloves and safety goggles.

Note: Please note the need for traceability of this product. In addition, national legal requirements in your country may exist in this field.

Note: Only to be used in combination with other devices intended for the particular purpose.

Note: Dispose of the device in accordance with local regulations for disposal of medical devices.

Note: Flat surface provided on the VitriFit™ for recording patient information.

Note: Specimen must be loaded on concave surface (Figure 1). Flat indicates concave side up.

Instructions for use

Cooling

1. Prepare a suitable container with LN2 and the preferred vessel to hold VitriFit™ during cryostorage.
2. Prepare the specimens for vitrification according to the preferred media kit's recommendations.
3. Remove cap. Using forceps, clamp the cap in the gripping region (the solid area at the tip of the cap) and submerge in LN2 (Figure 2)
4. Using a micropipette, carefully load a maximum of 3 specimens in a minimal volume (< 1 µl) on to the concave surface near the end of the tip (Figure 3). Use the black mark as reference for loading.
5. If necessary, remove excess media to reach recommended volume just prior to plunge in LN2 in accordance with the recommendations of the preferred media kit.
6. Quickly plunge the VitriFit™ tip into LN2 and allow temperature to stabilize (Figure 4).
7. While keeping immersed in LN2, carefully insert the tip into the cap and twist gently to ensure a tight seal (Figure 5)
8. Ensure the VitriFit™ remains immersed in LN2 during transfer to the storage container.

Warming

1. Prepare the warming media according to the preferred media kit's recommendations.
2. Collect the VitriFit™ from cryostorage and keep in transportable vessel while maintaining the tip region fully immersed in LN2.
3. Using forceps, clamp the cap in the grasping region, twist and pull the VitriFit™ handle and cap apart while keeping the tip region fully immersed (Figure 6).
4. Quickly, within 2 seconds, plunge the VitriFit™ tip with the vitrified specimen(s) facing up into the warming solution (Figure 7).
5. Under microscopic observation, gently move the VitriFit™ until the specimen(s) are released from the tip.
6. Perform the warming procedure according to the preferred media kit's recommendations.

Explanation of Symbols	
REF	Catalogue number
LOT	Batch Code
	Use-by date (year, month, day)
	Do not re-use
20°C / 25°C	Temperature limit
STERILE R	Sterilized using irradiation
	Caution
	Consult instructions for use
	Do

lv - latviešu (Latvian)

Vitrifikētu olvēkša oliņšnu, šķelšanās posma embriju uzglabāšanai izpildāmšai.

Šis produkts paredzēts lietošanai ART terapijā neatkarīgi no tā, vai neauglības cēlonis ir vīrietis vai sieviete. Šo produktu ir atļauts lietot tikai speciālistiem, kuri ir apmācīti ART terapijā.

Ierīce VitriFire ir piemērota vairākās krāsās un divos dažādos izmēros iepakojumos:

XXXX2001A: 20 vienības
(20 maisiņi x 1 vienība)*

XXXX5005A: 50 vienības
(10 maisiņi x 5 vienības)**

Kvalitātes kontroles pārbaudes
Pārbaudīts ar peles embriju testu (MEA)
Endotoksīnu pārbaudīts

Piezīme: katras partijas rezultāti ir norādīti uz analīzes sertifikāta, kas ir pieejams vietnē www.origio.com.

Uzglabāšanas instrukcijas un stabilitāte
Uzglabāt optimālajā konteinerā 20–25 °C temperatūrā.

Ja produkts tiek glabāts atbilstoši ražotāja norādēm, tas ir derīgs līdz etiķetē norādītā derīguma termiņa beigām.

Piesardzības pasākumi un brīdinājumi
Neizmantojiet produktu tālāk norādītajos gadījumos.

1. Ja produkta iepakojums ir bojāts vai pīrmība ir salauzta.
2. Ja derīguma termiņš ir beidzies.
3. Ja iepakojums ir atvērts, VitriFire™ ir jālieto vai nezūdīdā dagā pēc atvēršanas.

Izmantībai Produkts paredzēts vienreizējām lietošanai un nav atkārtoti izmantojams pastāvošā piesārņojuma riska dēļ.

Piezīme: VitriFire™ ir atvērta sistēma, kas nozīmē, ka gāzes un ūdens var nonākt šeit saskarē ar šķidro slāpekli (LN2).

ORIGIO iesaka izmantot konteineru, kas ir piemērots LN2 un var sterilizēt, lietojams mainīt LN2, arī nomainoties pacientiem, lai izvairītos no inficēšanās riska, un lietot LN2, kas atbilst ieteicamajiem specifikācijām.

Piezīme: pirms paņaugu ievietošanas pārbaudiet, vai VitriFire™ uzgalis ir vesels.

Piezīme: lai izvairītos no LN2 izraisītiem sveiķenjumiem, lietojot aizsargērnuļa un aizsargbrilles.

Piezīme: lūdzu, ņemiet vērā, ka ir jānodrošina šī produkta lietošanas iestāžu atbilstība. Turskiet valstī, kurā atrodieties, var pastāvēt uz to attiecināmas valsts likumdošanas prasības.

Piezīme: izmantojams tikai kopā ar citām ierīcēm, kas paredzētas šim konkrētam mērķim.

Piezīme: atbrīvojieties no ierīces saskarē ar vietējiem noteikumiem par medicīnisko ierīču likvidēšanu.

Piezīme: VitriFire™ līdzenā virsma paredzēta pacienta informācijas reģistrēšanai.

Piezīme: paraugs jāuzliek uz ielektās virsmas (1. attēls). Līdzenā daļa norāda, ka ielektā puse jānovieto uz augšu.

Lietošanas instrukcijas
Dzesēšana

1. Sagatavojiet piemērotu konteineru ar LN2 un vēlamo trauku, kas saturēs VitriFire™, kamēr tiek veikta kriouzglabāšana.
2. Sagatavojiet paraugus vitrifikācijai atbilstoši ražotāja norādēm un ieteicamajām lietošanas ieteikumiem.
3. Noņemiet vāciņu. Izmantojot knaibles, nosiģelējiet vienu no sāvenšanas zonā (ciešajā zonā pie vāciņa uzgaļa) un iegremdējiet to LN2 (2. attēls).
4. Izmantojot mīkropipetēm uzņemiet uzlīecīet ne vairāk kā 3 paraugus minimālā daudzumā (<1 µl) uz ielektās virsmas plakuļa uzgaļa galiem (3. attēls). Nepieciešamā daudzuma noteikšanai, izmantojiet mēriņu atlīnti.
5. Ja nepieciešams, noņemiet lieko materiālu, lai saņemtu ieteicamo daudzumu, šeši pirms iegremdēšanas LN2 saskarē ar izvēlēto materiāla komplektācijas lietošanas ieteikumiem.
6. Iegremdējiet VitriFire™ uzgali LN2 un ļaujiet temperatūrai nostabilizēties (4. attēls).
7. Turot to iegremdētu LN2, rūpīgi ievietojiet uzgali vāciņā un uzmanīgi pagrieziet, lai nodrošinātu cieši blīvējumu (5. attēls).
8. Pārvietojiet materiālu uz uzglabāšanas konteineru, piemēram, kā VitriFire™ paliek iegremdēts LN2.

Sasīšana

1. Sagatavojiet sildīšanas materiālu saskaņā ar izvēlētās materiāla komplektācijas lietošanas ieteikumiem.
2. Paņemiet VitriFire™ no kriouzglabāšanas konteinera un turiet to transportēšanā trauķā, vienlaikus saglabājot uzgaļa zonu plīnībā iegremdētu LN2.
3. Izmantojot knaibles, piesķiedziet vāciņu sāvenšanas zonā, pagrieziet un velciet VitriFire™ rokturi un vāciņu uz sāniem, uzgaļa zonu turot plīnībā iegremdēta LN2.
4. Ātri 2 sekunžu laikā iegremdējiet VitriFire™ uzgaļ sildīšanas šķīdumā ar vitrifotoksi-iemj paraugu(-iem) pavērstu(-iem) uz augšu (7. attēls).
5. Darbojoties ar mikroskopu, uzmanīgi pārvietojiet VitriFire™, līdz paraugs(-i) tiek atbrīvots(-i) no uzgaļa.
6. Veiciet sildīšanas procedūru saskaņā ar izvēlētās materiāla komplektācijas lietošanas ieteikumiem.

Simboli skaidrojums	
REF	Kataloga numurs
LOT	Partijas kods
	Derīguma termiņš (gads, mēnesis, diena)
	Nelietot atkārtoti
25°C / 20°C	Temperatūras ierobežojumi
STERILE R	Sterilizēt, izmantojot apstarošanu
	Brīdinājums
	Izlasiet lietošanas instrukciju
	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts
	Apzīmē medicīnas ierīces ražotāju
0543	CE zīme apzīmē atbilstību Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm. 0543 ir paziņotās iestādes sertifikācijas numurs

mk - македонски (Macedonian)

За чување на витрификирани кумани ооцити, ембриони во фаза на делба и бластоцисти.

Овој производ е наменет за третман со Асистирана репродуктивна технологија (ART), без оглед дали причината за неплодност е кај мажот или кај жената. Производот смеат да го користат само професионални лица обучени за примена на ART третман.

VitriFit е достапен во *повеќе* бои и во *пакувања со две големини:*

XXXX2001A: 20 единици
(20 кесички x 1 единица)*
XXXX5005A: 50 единици
(10 кесички x 5 единици)**

Тестирање за контрола на квалитет
Тестиран со помоќ на испитување на ембриони од глувци (MEA)
Тестиран за ендотоксини

Напомена: Резултатите од секоја серија се наведени во Сертификат од анализа, што може да се најде на www.origio.com.

Упатства за чување и стабилност
Чувајте го во оригинален сад на температура од 20-25°C.

Кога се чува според упатствата на производителот, производот е стабилен до истекот на рокот на траење наведен на етикетата.

Мерки на претпазливост и предупредувања
Не употребувајте го производот ако:

1. Пакувањето на производот е оштетено или заптивката е скршена.
2. Е изминат рокот на траење.
3. Откако пакетот ќе се отвори, VitriFit™ мора да се искористи или да се фрли.

Компанија ORIGIO рекомендува користење контејнер, кој е компатибилен со LN2 и кој ги исполнува барањата на ORIGIO.

Цел продукт е наменет за употреба во поврзани репродуктивни технологии (ДПТ) со или без ИКСИ. Тој не бара посебна обука за човечки ембриони.

Производот е наменет за еднократна употреба. Не користете повторно производот откако ќе ја отворите кутијата. Повторната употреба може да доведе до ризик од контаминација.

Напомена: Производот е наменет за еднократна употреба и не смее да се употребува повторно поради опасност од контаминација.

Напомена: VitriFit™ е отворен систем, што значи дека производите и ембрионите се во директен контакт со течен азот (LN2).

ORIGIO препорачува да користите сад кој е погоден за LN2, и кој ја исполнува дадените спецификации. Исто така се препорачува да се замени LN2 меѓу еден и друг пациент за да се елиминира опасноста од контаминација и да се користи LN2 кој е во согласност со спецификациите на фармакопејата.

Напомена: Пред да ги нанесете примероците, проверете го интегритетот на врвот на VitriFit™.

Напомена: За да избегнете повреди со LN2, носете заштитни ракавици и очила.

Напомена: Имајте предвид дека овој производ треба да се следи. Покрај тоа, можеби постојат домашни законски прописи во вашата земја што ја регулираат оваа област.

Напомена: Секогаш внимавајте во врска со ризикот од експлозија во Сертификат од анализа, што може да се најде на www.origio.com.

Напомена: Смее да се користи само во комбинација со други уреди за специјална намена.

Напомена: Фрлете го уредот во согласност со локалните прописи за фрлање медицински уреди.

Напомена: Површината е подготвена за да ја има на VitriFit™ е за бележење информации за пациентот.

Напомена: Примерокот мора да се нанесе на конкавна површина (Слика 1). Раминната индицира дека конкавната површина е горе.

Упатства за употреба
Ладење

1. Подгответе соодветен сад со LN2 и прилагодена подлога која ќе го држи VitriFit™ додека се чува замрзнат.
2. Подгответе ги примероците за витрификација според препорачаните од производителот комплет на медиум.
3. Извадете го капакот. Со помош на клешти, фатете го капакот на местото за фаќање (тврдата област на врвот на капакот) и потопете го во LN2 (Слика 2).
4. Со помош на микропипета, внимателно нанесете максимум 3 примероци во минимален волумен (<1 µl) на површината на површина близу крајот на врвот (Слика 3). Користете цела површина како референца за нанесување.
5. Ако е потребно, отстранете го вишокот медиум за да го постигнете пропишаниот волумен токму пред да го потопите во LN2 во согласност со препораките на претходниот комплет на медиум.
6. Брзо потопете го врвот VitriFit™ во LN2 и оставете да се стабилизира температурата (Слика 4).
7. Додека го чувате потопен во LN2, внимателно вметнете го врвот во капакот и нежно свртете за да го стегнете цврсто (Слика 5).
8. Погрижете се VitriFit™ да остане потопен во LN2 за време на преносот до садот за чување.

Предупредувања

1. Подгответе ја медиумот за загревање според препораките на претходниот комплет на медиум.
2. Земете го VitriFit™ од складот за чување. Земајте ги примероци и чувајте го во сад погоден за транспорт, постојано одржувајќи го регионот на врвот целосно потопен во LN2.
3. Со помош на клешти, фатете го капакот на местото за фаќање, свртете и раздвојте ги рачката на VitriFit™ и капакот одржувајќи го регионот на врвот целосно потопен (Слика 6).
4. Брзо, во рок од 2 секунди, потопете го врвот во VitriFit™ со витрификациониот примерок(ци) свртен нагоре кон растворот за загревање (Слика 7).
5. Спостерегајчи ја микроскоп, одвојувајте перемеџијќите VitriFit™, доки зраоки не буде вивилнено з наконечника.
6. Виконајте процедуру нагревање според препораките од одбраниот комплет за одгаено средеовиша.

Пояснення символів	
REF	Номер за каталогом
LOT	Код партії
	Використати до (рік, місяць, день)
2	Не застосовувати препарат повторно
25°C / 20°C	Допустима температура
STERILE R	Стерилізовано випромінюванням
	Обережно!
	Див. інструкцію з використання
	Не застосовувати препарат у разі пошкодження упаковки
	Вказує на виробника медичного виробу
CE 0543	Маркування CE означає відповідність до Директиви Ради Європи (93/42/ЕЕС) щодо медичних виробів. 0543 с номером сертифікату, виданого нотифікованим органом

UA.TR.099

ro - limba română (Romanian)

Pentru depozitarea ovocitelor umane vitrificate, a embrionilor umani vitrificați în stadiul de diviziune și a blastocitelor umane vitrificate.

Acest produs este destinat tratamentului ART, indiferent dacă infertilitatea se datorează bărbatului sau femei. Produsul trebuie utilizat numai de profesionişti instruiți în ceea ce privește tratamentul ART.

Rapid, în interiorul de *mai multe culori* și în *două dimensiuni* de ambalaj:

XXXX2001A: 20 de unități
(20 de pungi a câte 1 unitate)*

XXXX5005A: 50 de unități
(10 pungi a câte 5 unități)**

Testarea pentru controlul calității
Testat prin analizele efectuate pe embrioni de șoarece) (MEA)
Testat în ceea ce privește endotoxinele

Notă: Rezultatele testării pentru fiecare lot sunt menționate într-un Certificat de analiză, care este disponibil la adresa www.origio.com.

Instrucțiuni de depozitare și informații privind stabilitatea
Depozitați în recipientul original la 20-25 °C. Atunci când este depozitat conform instrucțiunilor producătorului, produsul este stabil până la data de expirare înscrisă pe etichetă.

Precauții și avertizări
Nu utilizați produsul dacă:

1. Ambalajul produsului care deteriorat sau dacă sigiliul este deteriorat.
2. Data de expirare a fost depășită.
3. După deschiderea pachetului, VitriFit™ trebuie utilizat sau eliminat la deșeuri.

Atenționare: Produs cu fluid de uniică folosință și nu trebuie reutilizat din cauza riscului de contaminare.

Notă: Produsul VitriFit™ este un sistem deschis, ceea ce înseamnă că ovocitele și embrionii sunt în contact direct cu azotul lichid (LN2).

ORIGIO vă recomandă să utilizați un recipient care este adecvat pentru LN2 și care poate fi sterilizat. De asemenea, se recomandă să schimbați LN2 după fiecare pacient, pentru a evita riscul de contaminare, și să utilizați LN2 care corespunde cu specificațiile prevăzute în farmacopee.

Notă: Înainte de încărcarea specimenelor, verificați integritatea vârfului produsului VitriFit™.

Notă: Pentru a evita leziunile produse de LN2, purtați mănuși de protecție și ochelari de protecție.

1. Pregătiți mediul de încălzire în conformitate cu recomandările care însoțesc trusa cu mediul preferat.
2. Colectați produsul VitriFit™ din depozitul cu criogenare și păstrați-l într-un vas transportabil, menținând în același timp regiunea vârfului complet scufundată în LN2.
3. Folosind un forceps, prindeți capacul în regiunea de prindere, răsuciți și despotriviți prin tragere mănenul și capacul produsului VitriFit™ de produs, menținând în același timp regiunea vârfului complet scufundată (Figura 6).
4. Rapid, în interval de 2 secunde, scufundați vârful produsului VitriFit™, cu specimenul vitrificat/specimenele vitrificate orientat/ orientate în sus, în soluția de încălzire (Figura 7).
5. Sub observație efectuată la microscop, mutați cu grijă produsul VitriFit™ până la eliberarea specimenului/specimenelor din vârf.
6. Efectuați procedura de încălzire în conformitate cu recomandările care însoțesc trusa cu mediul preferat.

Explicarea simbolurilor	
REF	Numărul de catalog
LOT	Numărul lot
	Termen de valabilitate (an, lună, zi)
25°C / 20°C	A nu se refrolosi
STERILE R	Limita de temperatură
	Sterilizat prin iradiere
	Atenție!
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Nu folosiți dacă ambalajul este deteriorat
	Indică producătorul dispozitivului medical
CE 0543	Marcajul CE arată conformitatea cu Directiva Consiliului European 93/42/ CEE privind dispozitivele medicale. Numărul „0543" reprezintă numărul de identificare al organismului notificat

ru - русский язык (Russian)

Для хранения витрифицированных ооцитов человека, эмбрионов на стадии дробления, а также бластоцист.

Этот продукт предназначен для лечения с помощью ВРТ независимо от того, является ли фактор бесплодия мужским или женским. Продукт должны использовать только специалистам, прошедшим обучение лечению с помощью ВРТ.

VitriFit (ВитриФит) доступен в *несколь цветах* и в *двух* вариантах упаковки:

XXXX2001A: 20 единиц
(20 пакетов по 1 единице)*
XXXX5005A: 50 единиц
(10 пакетов по 5 единиц)**

Испытания для контроля качества
Пройдено испытание с помощью анализа эмбриона мыши (MEA).
Пройдено испытание на эндотоксины.

Примечание. Результаты для каждой партии указаны в Сертификате анализа, который доступен на сайте www.origio.com.

Инструкции по хранению и устойчивость
Храните в оригинальной упаковке при температуре 20–25 °C.

При хранении в соответствии с указаниями производителя продукт будет устойчив до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Меры предосторожности и предупреждения
Не используйте продукт в перечисленных ниже случаях.

1. Упаковка продукта вытгядит поврежденной, или утрачена ее герметичность.
2. Истек срок хранения.
3. После вскрытия упаковки устройство VitriFit™ следует использовать или утилизировать.

Внимание! Продукт предназначен для однократного использования и не может использоваться повторно ввиду риска загрязнения.

Примечание. VitriFit™ представляет собой открытую систему, а это означает, что ооциты и эмбрионы находятся в непосредственном контакте с жидким азотом (LN2).

Примітка. VitriFit™ — відкрита система, тобто ооцити та ембріони знаходяться в безпосередньому контакті з рідким азотом (LN2).

ORIGIO рекомендує використовувати контейнер, придатний для LN2, який можна стерилізувати. Також рекомендується замінити LN2 для кожного пацієнта, щоб уникнути ризику забруднення, та використовувати LN2, який відповідає специфікаціям фармакопеї.

Примітка. Перш ніж завантажувати зразки, перевірте цілісність наконечника VitriFit™.

Примітка. Щоб уникнути травм через LN2, використовуйте захисні рукавички та захисні окуляри.

Примітка. Будь ласка, зверніть увагу на необхідність відстеження цього продукту. Крім того, у вашій країні можуть існувати державні законодавчі вимоги щодо цієї галузі.

Примітка. Тільки для використання в комбінації з іншими пристроями, призначеними для певної мети.

Примітка. Утилізуйте пристрій відповідно до місцевих норм щодо утилізації медичних пристроїв.

Примітка. Плаская поверхня VitriFit™ призначена для запису інформації про пацієнта.

Примітка. Зразок має завантажуватись на увігнуту поверхню (мал. 1). Увігнута поверхня (верх) протилежна до пласкої.

Інструкції з використання
Охолодження

1. Підготуйте підходящий контейнер з LN2 та потрібний посуд для утримання VitriFit™ під час кріогенного зберігання.
2. Приготуйте зразки для вітрифікації згідно з рекомендаціями щодо обраного набору середовища.
3. Зніміть ковпачок. Щипцями візьміть ковпачок за області захвата, розташовані на верхній частині ковпачка (тверда область на верхній частині ковпачка), і занурте в LN2 (мал. 2).
4. Використовуючи мікропіпетку, обережно завантажте максимум 3 зразка з мінімальним об'ємом (<1 мкл) на увігнуту поверхню біля кінця наконечника (мал. 3). Використовуйте чорну позначку як референсну відмітку для завантаження.
5. У разі необхідності видаліть надлишок середовища, щоб досягти рекомендованого об'єму безпосередньо перед зануренням у LN2 відповідно до рекомендацій для обраного набору середовища.
6. Швидко занурте наконечник VitriFit™ в LN2 і дайте температурі стабілізуватися (мал. 4).
7. Тримаючи його зануреним в LN2, акуратно вставте наконечник у ковпачок і обережно закрутіть, щоб забезпечити надійне ущільнення (мал. 5).
8. Переконайтеся, що VitriFit™ залишається зануреним у LN2 під час переміщення в контейнер для зберігання.

Нагрівання

1. Підготуйте нагрівальну речовину відповідно до рекомендацій для обраного набору середовища.
2. Вилучіть VitriFit™ з кріогенного збереження та тримайте його в посуді для транспортування, щоб забезпечити повне занурення наконечника.
3. Щипцями візьміть ковпачок за область захвата, розташовану на верхній частині ковпачка (тверда область на верхній частині ковпачка), і обережно відкрутіть, потягніть ручку і ковпачок VitriFit™ в різні боки, утримуючи наконечник повністю зануреним (мал. 6).
4. Швидко, на 2 секунди, занурте наконечник VitriFit™ вітрифікованими зразками догори в нагрівальний розчин (мал. 7).
5. Спостерігаючи в мікроскоп, обережно переміщуйте VitriFit™, доки зразки не будуть вивільнено з наконечника.
6. Виконайте процедуру нагрівання відповідно до рекомендацій для обраного набору середовища.

Пояснення символів	
REF	Номер за каталогом
LOT	Код партії
	Використати до (рік, місяць, день)
2	Не застосовувати препарат повторно
25°C / 20°C	Допустима температура
STERILE R	Стерилізовано випромінюванням
	Обережно!
	Див. інструкцію з використання
	Не застосовувати препарат у разі пошкодження упаковки
	Вказує на виробника медичного виробу
CE 0543	Маркування CE означає відповідність Директиві Ради Європи (93/42/ЕЕС) щодо медичних виробів. 0543 з номером сертифікату, виданого нотифікованим органом

sk - slovenčina (Slovak)

Pre uskladnenie vitrifikovaných ľudských oocytov, embryí vo fáze rýhovania a blastocyst.

Tento produkt je určený pre postupy asistovanej reprodukcie, či už je príčina neplodnosti na strane ženy alebo muža. Produkt by mal byť používaný výhradne profesionálmi vyškolenými v postupoch asistovanej reprodukcie.

VitriFit je dostupný v nekoľkých farbách a v dvoch veľkostiach balenia:

XXXX2001A: 20 jednotiek
(20 balíčkov x 1 jednotka)*

XXXX5005A: 50 jednotiek
(10 balíčkov x 5 jednotiek)**

Testovanie kontroly kvality
Testované na myších embryách (MEA).
Testované na prítomnosť endotoxínov

Poznámka: Výsledky každej šarže sú uvedené v dokumente Certificate of Analysis (Osvedčenie o analýze), ktoré je dostupné na adrese www.origio.com.

Pokyny na skladovanie a stabilitu
Skladujte v pôvodnom obale pri teplote 20–25 °C.

Pri skladovaní podľa pokynov výrobcu ostáva produkt stabilným až do vypršania dátumu exspirácie uvedenom na štítku.

Preventívne opatrenia a varovania
Produkt nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch:

1. Balenie produktu sa javí poškodené alebo je porušené jeho tesnenie.
2. Vypršal dátum exspirácie.
3. Po otvorení balenia sa pomôcka VitriFit™ musí použiť alebo zlikvidovať.

Upozornenie: Produkt je určený na jednorazové použitie a nesmie sa opätovne použiť kvôli riziku kontaminácie.

Poznámka: VitriFit™ je otvorený systém, čo znamená, že oocyty a embryá sú v priamom kontakte s tekutým dusíkom (LN2).

Spoločnosť ORIGIO vám odporúča použiť nádobu, ktorá je vhodná pre LN2 a ktorú je možné sterilizovať. Takisto sa odporúča meniť LN2 medzi pacientmi, aby ste sa vyhli riziku kontaminácie, a používať LN2, ktorý spĺňa podmienky danè v liekopise.

Poznámka: Pred nabratím vzoriek overte celistvosť špičky pomôcky VitriFit™.

Poznámka: Vyhnite sa poraneniam spôsobeným LN2 nosením ochranných rukavíc a bezpečnostných okuliarov.

Poznámka: Upozorňujeme, že je potrebné zachovať sledovateľnosť tohto produktu. Navyše sa na túto oblasť vo vašej krajine môžu vzťahovať národné právne predpisy.

Poznámka: Na použitie výhradne v kombinácii s inými zariadeniami určenými na daný konkrétny účel.

Poznámka: Zlikvidujte pomôcku v súlade s miestnymi nariadeniami pre likvidáciu zdravotníckych pomôcok.

Poznámka: Rovná plocha na pomôcke VitriFit™ je určená na zaznamenanie informácií o pacientovi.

Poznámka: Vzorky musia byť naložené na konkávnu povrch (Obrázok 1). Rovná plocha značí orientáciu konkávneho povrchu nahor.

Návod na použitie
Chladenie

1. Pripravte si vhodnú nádobu s LN2 a preferovaný držiak pre pomôcku VitriFit™ počas kryokonzervácie.
2. Pripravte vzorky na vitrifikáciu podľa odporúčaní súpravy preferovaného média.
3. Odstráňte uzáver. Pomocou kliešťi zovrite uzáver v oblasti uchopenia (pevná časť na špičke uzáveru) a ponorte ho do roztoku LN2 (Obrázok 2).
4. Použitím mikropipety opatrne naberte maximálne 3 vzorky v čo najmenšom objeme (< 1 µl) na konkávny povrch blízko vrcholu špičky (Obrázok 3). Použite rovnú časť ako referenčný bod nanesenia.
5. Ak je to potrebné, odoberte nadbytočné médium na dosiahnutie odporúčaného objemu bezprostredne pred ponorením do roztoku LN2 v súlade s odporúčaniami súpravy pre preferované médium.
6. Rýchlo ponorte špičku pomôcky VitriFit™ do roztoku LN2 a nechajte ustáliť teplotu (Obrázok 4).
7. Za stáleho ponorenia v roztoku LN2 opatrne vsuňte špičku do uzáveru a jemne otočte, aby ste dosiahli jeho tesné uzatvorenie (Obrázok 5).
8. Zaistite, aby pomôcka VitriFit™ počas presunu do skladovacej nádoby zostala ponorená v roztoku LN2.

Zahrievanie

1. Pripravte ohrievacie médium podľa odporúčaní súpravy preferovaného média.
2. Vyberte pomôcku VitriFit™ z kryonádoby a vložte ju do prenosnej nádoby. Uložte pomôcku tak, aby ostával špičku plne ponorenú v roztoku LN2.
3. Kliešťami zovrite uzáver v oblasti uchytenia, otočte a potiahnite rúčku a uzáver pomôcky VitriFit™ od seba. Uložte špičku nosnej špičky pre ponorenú v roztoku LN2 (Obrázok 6).
4. Ponorí ste VitriFit™ s vitrifikovanými oocytami/ embryami do vopred ohriatej kvapky (Obrázok 7).
5. Beweeg de VitriFit™ onder microscopische observatie voorzichtig totdat het (de) monster(s) loskomen van de tip.
6. Voer de verwarmingsprocedure uit volgens de aanbevelingen van de verkozen mediakit.

Verklaring van symbolen	
REF	Catalogusnummer
LOT	Batchcode
	Uiterste gebruiksdatum (jaar, maand, dag)
25°C / 20°C	Het hergebruiken
STERILE R	Temperatuurlimiet
	Let op
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
	Geeft de fabrikant van het medische instrument aan
CE 0543	CE-markering duidt op conformiteit met de Europese Richtlijn (93/42/ EEG) voor medische apparatuur. De 0543 is het certificeringsnummer van de aangewezen kennisgevende instantie.

Merk: De VitriFire™ is een steriel, niet-pyrogeen, eenmalig gebruik hulpmiddel.

Merk: Vitrifikatie is een zeer snelle procedure. Het is belangrijk dat de gebruiker de juiste timing en techniek volgt om de beste resultaten te behalen.

Merk: Het is belangrijk dat de gebruiker de VitriFire™ in de juiste richting laadt. Het gekleurde deel van de VitriFire™ moet naar de gebruiker toe gericht zijn